

	SERVICE DE L'ANIMALERIE	
	Titre :	Temps de conservation du matériel
CQ-09	But:	Décrire et résumer les normes de conservation du matériel à l'animalerie du CRCHU de Québec-Université Laval.
Version 1		

Responsabilité

- Le personnel technique est responsable de respecter les temps de conservation du matériel utilisé dans l'animalerie du CRCHU de Québec-Université Laval.

Formulaires ou PNF reliés à cette procédure

- FORM-CHU #007 Registre de nourriture et de litière

Procédure

I. Produits injectables préparés (dilués, mélangés)

- Les mélanges de produits injectables doivent être préparés dans des contenants stériles et faits de façon aseptique.
- Bien nettoyer l'embout de caoutchouc avant de prélever un produit.
- Toujours utiliser une aiguille neuve pour piquer à l'intérieur d'une fiole de produit injectable.
- L'étiquette d'identification des produits préparés doit contenir les informations suivantes :
 - o Nom du produit
 - o Concentration
 - o Date de préparation /Initiales
 - o Date d'expiration

Description	Durée de conservation après préparation
Buprénorphine diluée	1 mois température pièce, à l'abri de la lumière
Anafen diluée	1 mois température pièce, à l'abri de la lumière

En vigueur le 10 novembre 2017 <i>Émilie Chouinard</i>	Révisé par le CPAC le 30 avril 2018	Page 1 de 3
---	---	-----------------------

CQ-09	Temps de conservation du matériel	Version 1
--------------	--	------------------

Kétamine-Xylazine	3 mois température pièce, à l'abri de la lumière
Carprofen dilué	1 mois réfrigéré, à l'abri de la lumière
Kétamine- Eau	3 mois réfrigéré, à l'abri de la lumière
Baytril dilué	1 mois température pièce, à l'abri de la lumière

II. Produits injectables originaux

- Bien nettoyer l'embout de caoutchouc avant de prélever un produit.
- Toujours utiliser une aiguille neuve pour piquer à l'intérieur d'une fiole de produit injectable.
- Toujours inscrire sur le dessus de la bouteille ou du sac la date d'ouverture du produit.

Description	Durée de conservation
Buprénorphine SR	Réfrigéré, à l'abri de la lumière, voir la date sur la bouteille
Oxytocin	voir la date sur la bouteille, sinon 1 mois après ouverture du produit
Saline et eau stérile (10 ml et 30 ml)	Une journée après ouverture
Saline, lactate et dextrose (500 ml et 1 L)	1 mois après ouverture

III. Matériel de chirurgie

Description	Durée de conservation après la stérilisation
Matériel dans pochette de plastique	6 mois
Instruments emballés	6 mois

IV. Eau, nourriture et litière:

Description	Durée de conservation
Eau normale ou acidifiée non réfrigérée ¹	12 jours après préparation
Eau stérile	6 semaines après la stérilisation

Eau en utilisation (stérile ou non)	7 jours après le début de l'utilisation
Nourriture #2018, # 2018 sx et #2918 (souris et rats) ²	6 mois après la date de fabrication
Nourriture #2031 (Lapins) ²	6 mois après la date de fabrication
Nourriture #2031 (Cobayes)	6 mois après la date de fabrication
Litière Sani-Chip et Diamond	6 mois après la date d'ouverture du sac
Neslets autoclaves emballés	6 mois ³
Refuges autoclaves emballés	6 mois ³
Matériel (bouteille, cage, porte-carte, etc.)	6 mois après la date de lavage
Cages montées avec litière	6 mois après la date de préparation
Cages montées avec nourriture et litière	Selon la date d'expiration de la nourriture

¹ L'eau peut être réfrigérée durant 7 jours et elle reprend sa durée de conservation normale soit 12 jours à sa sortie du réfrigérateur.

² La durée de conservation de la nourriture peut être augmentée à 1 an après sa date de fabrication si elle est entreposée au congélateur.

³ Ils peuvent être autoclavés de nouveau lorsqu'ils sont expirés.

V. Autres produits

Description (dilution)	Durée de conservation
Peroxyde d'hydrogène dilué (1: 36)	1 mois après la date de dilution
Ecolab® dilué (1: 250)	1 mois après la date de dilution
Alcool éthylique (70% et 100%)	1 an suivant sa date de préparation ¹
Alcool isopropylique 10%	1 an suivant sa date de préparation ¹
Proviordine 10%	1 an suivant sa date de préparation ¹
Azur®	Consulter la date d'expiration du produit d'origine
Instra-Lube® dilué (1:6)	1 semaine
Métriclean® (nettoyeur à instrument)	Jeter après usage
Dioxyde de chlore (Dilution 1:3:1)	24 heures après la dilution
Eau de Javel diluée 1%	1 journée après la date de dilution
Argile stérile réfrigérée	6 mois après la date de stérilisation (4°C)
Argile en utilisation	1 mois après le début de l'utilisation

¹ Sans dépasser la date d'expiration du produit d'origine